

拋棄式醫用口罩之應標示事項

	應標示事項及標示方法	國內製造
1	商品名稱	標示於外盒
2	製造商名稱	同安工業股份有限公司
3	製造商電話	07-722-6666
4	製造商地址	高雄市大寮區鳳林二路293-1號
5	商品原產地	台灣(Made in Taiwan)
6	主要成分或材料	PP不織布
7	度量	標示於外盒
8	國曆或西曆製造日期	標示於外盒
9	中文標示	標示於外盒



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

發行日期 Date of Issue: 2021.11.17 收件/試驗起始日期 Date of Receipt and Test Start: 2021.10.06

報告編號 Report No.: TFF0J092-A 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P1/5) 來文字號 Ref. No.: 空白

報告抬頭 Report Title: 試件類別 口罩 Item:

地址 Address:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*防護效率(%)	98.04	CNS 14774 T5017-2018
(0.075 μm NaCl, CMD)	98.24	9.3(b)
	98.26	CNS 14755 Z2125-2011
	97.98	流量: 88 L (Liter/min)
	98.07	
	98.14	
	98.46	
	98.69	
	98.34	
	98.44	
平均	98.27	

本試驗報告僅供參考，不做任何正式文件證明用

註：依委託者所提供來樣資料為：藍鷹牌 NP-3D (S/SS/SSS/ES/ESS/FSJ/FSSJ/FSSJ) N95 立體型兒童醫用口罩

註：試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。

註：檢驗項目有標"*"者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。



附記: 1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人:
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108 , +886-2-22689839



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

發行日期 Date of Issue: 2021.11.17 收件/試驗起始日期 Date of Receipt and Test Start: 2021.10.06


報告編號 Report No.: TFF0J092-A 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P2/5) 來文字號 Ref. No.: 空白

報告抬頭 Report Title: 試件類別 Item: 口罩

地址 Address:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*吸氣阻抗(Pa)	1	141.12
	2	133.28
	3	141.12
	4	136.22
	5	136.22
	6	136.22
	7	136.22
	8	147.00
	9	135.24
	10	135.24
	平均	137.79
*呼氣阻抗(Pa)	1	150.92
	2	148.96
	3	152.88
	4	150.92
	5	150.92
	6	147.98
	7	153.86
	8	160.72
	9	147.98
	10	146.02
	平均	151.12

本試驗報告僅供參考，不做任何正式文件證明用



註：1mmH2O=9.8Pa。

註：依委託者所提供來樣資料為：藍鷹牌 NP-3D (S/SS/SSS/ES/ESS/FSJ/FSSJ/FSSJ) N95 立體型兒童醫用口罩

註：試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。

註：檢驗項目有標"*"者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

附記: 1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人: _____
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108 , +886-2-22689839



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

發行日期 Date of Issue: 2021.11.17 收件/試驗起始日期 Date of Receipt and Test Start: 2021.10.06

報告編號 Report No.: TFF0J092-A 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P3/5) 來文字號 Ref. No.: 空白

報告抬頭 Report Title: 試件類別 口罩 Item: 口罩

地址 Address:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*空氣交換壓力差 (mmH2O/cm ²)	1	CNS 14774 T5017-2018 9.4
	2	CNS 14777 T4039-2003
	3	流量: 8 (Liter/min)
	4	
	5	

本試驗報告僅供參考，
不做任何正式文件證明用

註：空氣交換壓力差，取5個樣品測試。

註：空氣交換壓力差測試面積：4.9 cm²。

註：依委託者所提供來樣資料為：藍鷹牌 NP-3D (S/SS/SSS/ES/ESS/FSJ/FSSJ/FSSJ) N95 立體型兒童醫用口罩

註：試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。

註：檢驗項目有標"*"者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。



附記: 1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.

2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。

This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.

3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人:
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108 , +886-2-22689839



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

發行日期 Date of Issue: 2021.11.17 收件/試驗起始日期 Date of Receipt and Test Start: 2021.10.06

報告編號 Report No.: TFF0J092-A 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P4/5) 來文字號 Ref. No.: 空白

報告抬頭 Report Title: 試件類別 口罩 Item:

地址 Address:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*細菌過濾效率(%)	> 99.9	CNS 14774-T5017-2018 9.2
金黃色葡萄球菌	> 99.9	CNS 14775 T4037-2003
ATCC 6538	99.9	本試驗報告僅供參考， 不做任何正式文件證明用
	99.8	
	99.9	

註：對照組的平均菌落數：2661 CFU。

註：平均粒徑：2.9 μm。

註：測試面：外側。


註：測試面積為39.5 cm²。

註：測試流量：28.3 L/min。

註：依委託者所提供來樣資料為：藍鷹牌 NP-3D (S/SS/SSS/ES/ESS/FSJ/FSSJ/FSSJ) N95 立體型兒童醫用口罩

註：試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。

註：檢驗項目有標"*"者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。



附記: 1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.

2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。

This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.

3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人:
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108 , +886-2-22689839



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

發行日期 Date of Issue: 2021.11.17 收件/試驗起始日期 Date of Receipt and Test Start: 2021.10.06

報告編號 Report No.: TFF0J092-A 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P5/5) 來文字號 Ref. No.: 空 白

報告抬頭 Report Title: 試件類別 口罩 Item: 口罩

地址 Address:

本試驗報告僅供參考，
不做任何正式文件證明用

TFF0J092



附記: 1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.

2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。

This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.

3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人: _____
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute

檢測及驗證部 高瑞宏
主 任

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839



正本
ORIGINAL

日期 Date: _____ 收件日期 Date of Receipt: _____ 試驗報告 TEST REPORT 土城場區 TUCHENG
報告編號 Report No.: TFF4C313 數量 Quantity: 1 件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P1/2) 來文字號 Ref. No.: 空 白
報告抬頭 Report Title: _____ 試件類別 Item: 罩
地址 Address: _____

過濾檢測報告

【一】口罩描述

- (1) 製造廠商：同安工業股份有限公司
- (2) 樣品名稱：同安立體型 N95 醫用口罩
- (3) 基材顏色：藍色

【二】測試條件

- (1) 試驗方法：FTTS-FP-157
- (2) 額定氣體流量：85 LPM
- (3) 測試面積：100 cm²
- (4) 溫度：26±2°C
- (5) 濕度：43±5%
- (6) 氣溶膠種類：氯化鉀(KCl)

【三】測試結果

- (1) 初始壓損：160.0 Pa



附記: 1. 本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.
2. 本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.
3. 試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人：
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織所檢測及驗證部 新北市土城區承天路六號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
+886-2-22698229 , +886-2-22698230
Fax : +886-2-22675108 , +886-2-22689839




正本
ORIGINAL

日期 Date: _____ 收件日期 Date of Receipt: _____
 報告編號 Rep or tNo.: TFF4C313 數量 Quantity: 1 件 報告頁次/頁數 Page Or der /Pages: (P2/2) 來文字號 Ref. No.: 空 白
 報告抬頭 Rep or tti tle: _____ 試件類別 Item: 罩
 地址 Address: _____

(2) 過濾效率

幾何平均粒徑 (μm)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0
過濾效率(%)	97.97	98.76	99.28	99.60	99.83	99.89	99.92	99.96	99.94	99.92	99.97	100.00	100.00
1	97.97	98.76	99.28	99.60	99.83	99.89	99.92	99.96	99.94	99.92	99.97	100.00	100.00
2	97.27	98.20	99.18	99.63	99.87	99.97	99.98	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	97.78	98.70	99.40	99.79	99.94	99.98	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
平均	97.68	98.55	99.29	99.67	99.88	99.95	99.97	99.98	99.98	99.97	99.99	100.00	100.00



附記: 1.本報告僅對樣品負責, 樣品保留期限為一個月。
 Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.
 2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意, 不得摘錄複製, 但全部複製除外。
 This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.
 3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
 The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

紡織產業綜合研究所
 權核發人: _____
 by president of
 Taiwan Textile Research Institute

紡織所檢測及驗證部 新北市土城區承天路六號
 Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
 No. 6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 22674, Taiwan (R.O.C.)
 Tel: +886-2-22670321 ext.7107, 7110
 +886-2-22698229, +886-2-22698230
 Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839